




Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Navegantes
Secretaria de Saúde

Navegantes, 16 de novembro de 2020

CI nº 1459/2020
De: Secretaria de Saúde
Para: Secretaria de Administração

ANÁLISE DE LAUDO PREGÃO Nº 58/2020 - FMS
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS

EMPRESA: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI			
ITEM	PRODUTO	RESULTADO	MOTIVO
1	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM TNT, GRAMATURA DE 80 GRAMAS COM ELÁSTICO PARA AJUSTE CADA USUÁRIO, COM CAMADA TRIPLA, COM TRÊS PREGAS HORIZONTAIS. COSTURADA COM LINHA DE NYLON, COM CLIP NASAL. DETERMINAÇÃO DE EFICÁCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA DEVERÁ SER MAIOR QUE 97,8%. APRESENTAR LAUDO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. APRESENTAR AMOSTRA.	REPROVADO	LAUDO APRESENTA 95,96% DE EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA, SENDO QUE O EDITAL PEDE SUPERIOR A 97,8%.


Elizama Aparecida Lopes
Secretária Adjunta de Saúde
SMS Navegantes



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Navegantes
Secretaria de Educação

Navegantes, 20 de novembro de 2020.

ANÁLISE DE LAUDO PREGÃO Nº 58/2020 - FMS
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS

EMPRESA: MAYCON WILL EIRELI			
ITEM	PRODUTO	RESULTADO	MOTIVO
1	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM TNT, GRAMATURA DE 80 GRAMAS COM ELÁSTICO PARA AJUSTE CADA USUÁRIO, COM CAMADA TRIPLA, COM TRÊS PREGAS HORIZONTAIS. COSTURADA COM LINHA DE NYLON, COM CLIP NASAL. DETERMINAÇÃO DE EFICÁCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA DEVERÁ SER MAIOR QUE 97,8%. APRESENTAR LAUDO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. APRESENTAR AMOSTRA.	REPROVADO	MÁSCARA APRESENTA GRAMATURA DE 50g/m², SENDO QUE O EDITAL PEDE GRAMATURA DE 80.

Elizama Aparecida Lopes
Secretaria Adjunta de Saúde
FMS Navegantes

Elizama Aparecida Lopes
Secretária Adjunta de Saúde