



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde de Navegantes

26 de março de 2015

Avaliação do Processo Licitatório---retificado II---
Amostras empresa Plasmedc Com. de Mat. Médico Ltda EPP

A Comissão de Licitação composta por Ana Lucia Moreira, Jeferson Beloto, Helena dos Santos Soares e Luciane Alles, informa avaliação dos proponentes habilitados para fornecimento de itens descritivos do Processo Licitatório nº 04/2015 – PR.

Metromed – Com. De Mat. Méd. Hospitalares LTDA		
Item	Avaliação	Descritivo
47	Reprovado	Solução não Estéril
56	Reprovado	Amostra enviada de três vias, e látex siliconizada, não atendendo ao edital.
72	Reprovado	Amostra enviada de 12cm, não atendendo ao edital.

J. R. EHLKE & CIA LTDA		
Item	Avaliação	Descritivo
68	Aprovado	

COINTER Material Medico Hospitalar LTDA		
Item	Avaliação	Descritivo
01	Aprovado	
11	Reprovado	Produto não Estéril
12	Reprovado	Produto não Estéril
16	Aprovado	
19	Aprovado	
27	Aprovado	
28	Aprovado	
29	Aprovado	
30	Aprovado	
46	Aprovado	
54	Reprovado	Amostra látex siliconizada, não atendendo ao edital.
63	Aprovado	

L. MOHR LTDA		
Item	Avaliação	Descritivo
44	Aprovado	
45	Reprovado	Reprovado-reconsiderando a reinvidicação de contestação, a comissão julga conveniente o pedido de reavaliação do item, reprovando o produto, pois a amostra não é a mesma marca da cotada

PLASMEDC COM. DE MAT. MÉDICO LTDA EPP		
Item	Avaliação	Descritivo
06	Reprovado	Produto não atende ao edital, metragem estendida menor de 4,5 metros.
08	Reprovado	Produto não atende ao edital, metragem estendida menor de 4,5 metros.
09	Reprovado	Produto não atende ao edital, amostra enviada apresenta 06 camadas.
18	Aprovado	
21	Aprovado	
22	Aprovado	
23	Aprovado	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde de Navegantes

24	Aprovado	
33	Aprovado	
41	Aprovado	
42	Reprovado	Não Apresentou Amostra
64	Reprovado	Amostra não atende ao edital que solicita caixa tipo dispenser.

Cirúrgica Bela Vista Comércio de Produtos Hospital		
Item	Avaliação	Descritivo
05	Aprovado	
07	Reprovado	Reprovado- produto não atende ao edital, o produto não atende ao edital, na qual solicita produto 100% de algodão. Amostra apresentada tem sua composição 94% de algodão, 5% poliéster e 1% elastano.
10	Aprovado	
14	Aprovado	
15	Reprovado	Não Apresentou Amostra
20	Reprovado	Amostra apresentada é da marca copertina e o produto não atende a marca do cotada.
37	Aprovado	
38	Aprovado	
39	Aprovado	
40	Aprovado	
50	Aprovado	
51	Reprovado	Reprovado- na avaliação do produto apresentado é de látex siliconizada, porem não atendendo ao edital, pois solicita siliconizada transparente, com mandril. (problema no descritivo do edital)
52	Reprovado	Reprovado-. na avaliação do produto apresentado é de látex siliconizada, porem não atendendo ao edital, pois solicita siliconizada transparente, com mandril. (problema no descritivo do edital)
53	Reprovado	Reprovado- na avaliação do produto apresentado é de látex siliconizada, porem não atendendo ao edital, pois solicita siliconizada transparente, com mandril. (problema no descritivo do edital)
55	Reprovado	Reprovado- na avaliação do produto apresentado é de látex siliconizada, porem não atendendo ao edital, pois solicita siliconizada transparente, com mandril. (problema no descritivo do edital)
57	Aprovado	
58	Aprovado	
59	Aprovado	
60	Aprovado	
70	Aprovado	

Ana Lúcia Moreira

Jeferson Belotto

Helena dos Santos Soares

Luciane Alles